	<b>MULTİDİSİPLİNER-1 LABORATUVARI</b> <b>İŞLEYİŞ TALİMATI</b>	Doküman No	ÜÜ.TLM.073
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	---
		Yürürlük Tarihi	29.08.2024
		Sayfa No	1 / 1

**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı, Multidisipliner-1 Laboratuvarının güvenli, düzenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Laboratuvar ortamında yapılacak ilk yardım ve tıbbi müdahale pratiklerinin etkili ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken kurallar belirlenmiştir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Multidisipliner-1 Laboratuvarı'nda çalışan tüm akademik personel, araştırmacılar, öğrenciler ve laboratuvar kullanıcılarını kapsar.

**3. KISALTMALAR:** ---

**4. TANIMLAR:**

**4.1 Laboratuvar Kullanıcısı:** Multidisipliner- 1 Laboratuvarı'nda çalışan akademik personel, araştırmacılar ve öğrenciler.

**4.2 Ekipman:** Laboratuvar içinde bulunan tüm cihazlar ve araçlar, örneğin mikroskoplar, santrifüjler, PCR cihazları, biyokimya analiz cihazları vb.

**4.3 Laboratuvar Alanı:** Laboratuvarın tüm fiziksel bölgeleri, cihazlar ve çalışma yüzeyleri dahil.

**4.4 Güvenlik Ekipmanları:** Laboratuvar çalışmaları sırasında kullanılacak kişisel koruyucu ekipmanlar (Gözlükler, eldivenler, laboratuvar önlükleri vb.).

**5. SORUMLULAR:** Bu talimatın işleyişinden Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve A Multidisipliner-1 Laboratuvarını kullanan tüm kullanıcılar (öğrenciler, öğretim üyeleri, sorumlu personel) sorumludur.

**6. FAALİYET AKIŞI:**

**6.1. Laboratuvara Giriş ve Çıkışlar:**

**6.1.1.** Girişlerde kimlik kartı veya öğrenci kartı bulundurulmalıdır.


**6.1.2.** Kullanıcılar, laboratuvar girişinde temizlik ve hijyen kurallarına uygun olarak ellerini yıkamalıdır.

**6.1.3.** Laboratuvar önlükleri ve kişisel koruyucu ekipmanlar, laboratuvara girmeden önce giyilmelidir.

**6.1.4.** Laboratuvar ekipmanlarını kullanmadan önce, kullanım talimatlarını okumak ve anlamak zorunludur.

**6.1.5.** Kullanıcılar, laboratuvarı terk etmeden önce tüm ekipmanları temizlemelidir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Laboratuvar Sorumlusu Tıp Fakültesi Dekanı	Kalite Direktörü	Rektör

	<b>MULTİDİSİPLİNER-1 LABORATUVARI</b> <b>İŞLEYİŞ TALİMATI</b>	Doküman No	ÜÜ.TLM.073
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	---
		Yürürlük Tarihi	29.08.2024
		Sayfa No	1 / 1

6.1.6. Laboratuvar alanı temiz ve düzenli olmalıdır; çöpler uygun şekilde atılmalıdır.

6.1.7. Çıkış sırasında laboratuvar kapıları dikkatlice kapatılmalı ve güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

## 6.2. Laboratuvar Ekipmanının Kullanımı:

6.2.1. Ekipman kullanırken tüm güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

6.2.2. Kullanıcılar, ekipmanın işleyişini ve olası arızaları bilmelidir.

6.2.3. Ekipmanın herhangi bir sorun yaşaması durumunda hemen laboratuvar sorumlusuna bildirilmelidir.

6.2.4. Ekipman kullanımı sonrasında temizlenmeli ve düzenli bakım yapılmalıdır.

6.2.5. Temizlik işlemleri, laboratuvarın sağladığı temizlik malzemeleri ile yapılmalıdır.

6.2.6. Ekipmanın bakım ve kalibrasyon periyotlarına uyulmalıdır.

## 6.3. Laboratuvar Düzeninin Korunması:

6.3.1. Laboratuvar düzeni, öğretim üyeleri ve sorumlular tarafından düzenli olarak denetlenmelidir.

6.3.2. Laboratuvar içerisinde düzenli ve temiz bir çalışma alanı sağlanmalıdır.

6.3.3. Çöpler ve atık malzemeler uygun çöp kutularına atılmalıdır.

## 6.4. Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri:

6.4.1. Yangın, elektrik kaçağı gibi acil durumlarda acil çıkış yolları kullanılmalı ve ilgili birimlere haber verilmelidir.

6.4.2. Güvenlik talimatlarına uygun hareket edilmeli, güvenlik uyarılarına dikkat edilmelidir.

6.4.3. Tüm acil durum prosedürleri laboratuvar girişlerinde asılı olarak bulunmaktadır.

## 7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

7.1. Doku Saklama Dolabı Kullanım Talimatı


7.2. Jel Görüntüleyici Geldoc Xr Kullanım Talimatı

7.3. Kimyasal Saklama Dolabı Kullanım Talimatı

7.4. T100 Thermal Cyclers Kullanım Talimatı

7.5. Western Blot Cihazı Kullanım Talimatı

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Laboratuvar Sorumlusu Tıp Fakültesi Dekanı	Kalite Direktörü	Rektör

	<b>MULTİDİSİPLİNER-1 LABORATUVARI</b> <b>İŞLEYİŞ TALİMATI</b>	Doküman No	ÜÜ.TLM.073
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	---
		Yürürlük Tarihi	29.08.2024
		Sayfa No	1 / 1

- 7.6. Ec 160 Co2 İnkübatörü Kullanım Talimatı
- 7.7. Nf 048 Masa Üstü Santrifuj Kullanım Talimatı
- 7.8. Ot 40l-90l Dik Tip Laboratuvarı Buharlı Sterilizatörü Kullanım Talimatı
- 7.9. Hassas Terazi (Radwag) Kısa Kullanma Talimatı
- 7.10. Ec 025 Eb 055 En 120 İnkübatörler Kullanım Talimatı
- 7.11. Mi 150 Mi 151 Ph Metre Kullanım Talimatı
- 7.12. T80/T80+ Spektrofotometre Cihazı Kullanım Talimatı
- 7.13. Su Banyoları Kullanım Talimatı
- 7.14. Biyogüvenlik Kabini Kullanım Talimatı
- 7.15. Refraktometre Kullanım Talimatı
- 7.16. Etüv (Nüve Fn55) Kullanım Talimatı
- 7.17. Blok Isıtıcı Kullanım Talimatı
- 7.18. Fizyoloji Eğitim Seti Kullanım Talimatı

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Laboratuvar Sorumlusu Tıp Fakültesi Dekanı	Kalite Direktörü	Rektör