

	<b>ADLİ BİYOLOJİ ve GENETİK LABORATUVARI İŞLEYİŞ TALİMATI</b>	Doküman No	ÜÜ.TLM.055
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	---
		Yürürlük Tarihi	26.08.2024
		Sayfa No	1 / 2

**1. AMAÇ:** Bu iş talimatı, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi Adli Bilimler Bölümü Adli Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı'ndaki güvenli çalışma şartlarının tanımlanması, korunması, kullanıcılara bildirilmesi, laboratuvarın sürdürülebilirliğinin ve düzeninin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

**2. KAPSAM:** Adli Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı'nda yapılacak her türlü çalışmayı kapsar.

**3. KISALTMALAR:** ---

**4. TANIMLAR:**

**4.1. Cihaz:** Analizler, araştırmalar, deneyler ve bunun gibi pek çok oluşları gerçekleştirmeleri için kullanılan tüm aletler.

**4.2. Cihaz Kullanım Talimatı:** Cihazların kullanım adımlarını ve kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken hususları içeren talimat.

**4.3. Laboratuvar Defteri:** Cihazların kullanımı sonrasında; kullanıma başlama-bitiş saati ve kullanıcının kaydedildiği defter.

**5. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından, Adli Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı'na giren herkes sorumludur.

**6. FAALİYET AKIŞI:**

**6.1.** Bu laboratuvarın düzeni "**Adli Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı İşleyiş Talimatı**" isimli belge ile tanımlanmıştır. Laboratuvara girdiğinizde buna uymayan bir düzensizlik gözlerseniz, laboratuvar sorumlusuna haber veriniz.

**6.2.** Laboratuvara giriş çıkış kapısının önünde ve arkasında açılmasını engelleyecek bir cisim olmamasına dikkat ediniz.

**6.3.** Laboratuvarda genetik analizlere uygun olacak şekilde (steril bone, maske, önlük, laboratuvar gözlüğü ve galoş) giyiniz.

**6.4.** Güvenliğiniz için, cihazları kullanmadan önce laboratuvarda hazır bulunan ilgili cihazların kullanım talimatlarını okuyunuz.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Laboratuvar Sorumlusu Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü	Kalite Direktörü	Rektör



**ADLİ BİYOLOJİ ve GENETİK LABORATUVARI  
İŞLEYİŞ TALİMATI**

Doküman No	ÜÜ.TLM.055
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	---
Yürürlük Tarihi	26.08.2024
Sayfa No	2 / 2

**6.5.** Güvenliğiniz için, kimyasal madde kullanmadan önce laboratuvarında hazır bulunan ilgili kimyasal madde bilgilendirme kartlarını okuyunuz.

**6.6.** Laboratuvardaki çalışmanız bittikten sonra çıkmadan önce, kullandığınız tüm cihazları ilgili cihaz kullanım talimatlarında belirtildiği gibi kapatınız.

**6.7.** Genetik analizör cihazının bulunduğu odanın klimasını; cihazda kullanılan malzemelerin saklama şartlarından dolayı kesinlikle kapatmayınız.

**6.8.** Çöplerinizi ayrıştırarak uygun çöp kutularına (tıbbi atık, evsel atık, kimyasal atık ya da kesici-delici alet atığı) atınız. Çöp kutuları dolmuşsa, laboratuvar sorumlusu haber veriniz.

**6.9.** İsminizi, yaptığınız çalışmaları, kullandığınız cihazları, numune adedini, başlama ve bitiş saatlerini “**Cihaz Kullanım Kaydı**”na okunaklı bir şekilde yazınız.

**7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:**

**7.1.** Cihaz Kullanım Kaydı

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Laboratuvar Sorumlusu Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü	Kalite Direktörü	Rektör